

AMS K22

Autorizované metrologické středisko

RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 KUNOVICE

OVĚŘOVACÍ LIST č. 211/18

DATUM VYDÁNÍ: 22.10.2018

Listů: 1/ list 1



razítko AMS K22

Ing. Viktor Lokaj
vedoucí AMS K22, 0116-CR-0953-15

1. VLASTNÍK MĚŘIDLA: Město Břeclav
2. NÁZEV A TYP MĚŘIDLA: Silniční rychloměr RAMER10 T
 - 2.1 Výrobní číslo měřidla: 17/0309
 - 2.2 Výrobní číslo sensoru: 17/1048
 - 2.3 Rozsah měření: 20 až 250 km/h
 - 2.4 Výrobce: RAMET a.s. Kunovice
 - 2.5 Rok výroby: 2017
 - 2.6 Výrobní čísla schválených skříní: 17/0044 Na Valtické, Břeclav
3. POUŽITÉ ETALONY A MĚŘIDLA S NÁVAZNOSTÍ NA STÁTNÍ ETALONY PŘÍSLUŠNÉ JEDNOTKY
 - 3.1 Etalonové zařízení PA 501 170 v.č. 03/0001 kalibrační list ČMI 8012-KL-50331-18, dat. kalibrace 11.10.2018
 - 3.2 Mikrovlnný čítač HP 5352B v.č. 3049A01166, kalibrační list ČMI 1013-KL-40027-17, dat. kalibrace 23.8.2017
 - 3.3 Simulátor VFM R314415N v.č. 11/0001, kalibrační list RAMET 201700139, dat. kalibrace 3.11.2017
4. MĚŘIDLO BYLO ZKOUŠENO: na základě požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09* podle metrologických předpisů MP01-MP10 a na základě Rozhodnutí o udělení autorizace 38/2000 ze dne 21.12.2000
5. PODMÍNKY MĚŘENÍ: podle požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09* teplota v laboratoři (23 ± 3) °C, rel. vlhkost vzduchu max. 75 %
6. VÝSLEDEK ZKOUŠKY: Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rychloměr má požadované metrologické vlastnosti (viz Certifikát o schválení typu stanoveného měřidla č. 0111-CS-C005-11 ze dne 21.2.2011. Revize 3 ze dne 25.1.2018. Tato revize nahrazuje v plném znění všechny předchozí verze tohoto schválení).
Závěr: Rychloměr byl jako stanovené měřidlo ověřen a lze jej používat k měření rychlosti za dodržování Návozu k obsluze.
7. ZPŮSOB VYZNAČENÍ OVĚŘENÍ NA MĚŘIDLE: úřední značky umístěné na místech uvedených v certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla viz bod 6.
8. PLATNOST OVĚŘENÍ: podle §7 odstavec 1 Vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění. Ověření zaniká v případech uvedených v §7, odstavec 2 této vyhlášky. Doba platnosti ověření 1 rok podle Vyhlášky 345/2002 Sb. v platném znění.
Konec platnosti ověření dne 21.10.2019
9. OVĚŘENÍ PROVEDL: Stanislav Urbánek CZ 1171/2011 DATUM ZKOUŠKY: 22.10.2018

Tento ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.